

PRO.TECT Orange (GA005*)

Einweg-Untersuchungshandschuhe aus Nitril

Nitril • Latexfrei • Puderfrei • Orange • Unsteril •
 Diamond grip technology • Lebensmittelecht

Spezifikationen:

Material: Nitril
 Puder: Maximum 2.0 mg / Handschuh
 Inhaltsstoffe: Thiuramfrei, keine Proteine enthalten
 Manschette: Umbördelt
 Design: Beidhändig
 Oberfläche: Diamant texturiert
 Farbe: Orange
 Qualitätssicherung:
 EN 374 CAT III - Typ C,
 EN 420; EN 455 Teil 1-4;
 EN ISO 13485:2016


Artikelnummer und Größe:

GA0052 | Small
 GA0053 | Medium
 GA0054 | Large
 GA0055 | Extra Large

Verpackung:

100 Stück pro Box
 10 Boxen pro Karton

Klassifikation:



Prüfparameter

Prüfkriterien	Prüfstufe	AQL
Maße	S-2	4,0
Physikalische Eigenschaften	S-2	4,0
1000-ml-Wasserdichtheitstest	G-1	1,5
Sichtprüfung auf Fehler	G-1	2,5

Maße

Art.-Nr.	GA0052	GA0053	GA0054	GA0055
Größe	S = 6-7	M = 7-8	L = 8-9	XL = 9-10
Breite	85 ± 5 mm	95 ± 5 mm	105 ± 5 mm	115 ± 5 mm
Länge	min. 240 mm	min. 240 mm	min. 240 mm	min. 240 mm

Materialstärke

Meßpunkte	Eine Lage
Handfläche (in der Mitte der Handfläche)	min 0.10 mm

Physikalische Eigenschaften

Parameter	Vor der Alterung	Nach der Alterung
Reißkraft im Median (N)	min. 6.0	min. 6.0

Chemikalienschutz

Das Produkt entspricht der PSA-Verordnung (EU) 2016/425

Baumusterprüfung (Modul B) & Modul C2

SATRA Technology Europe, Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P Ireland
 (Notified Body 2777)

Prüfchemikalie	EN ISO 374-1:2016 Permeationslevel	EN374-4:2013 Degradation %
Natriumhydroxid 40% (K)	6	-78.9

Hinweis

Die vorstehenden Angaben gelten für die Standardausführung.
 Änderungen vorbehalten.



UNIGLOVES GERMANY
 Arzt- & Klinikbedarf
 Handelsgesellschaft mbH

📍 Camp-Spich-Straße 71
 D-53842 Troisdorf
 ☎ +49 (0) 2241-9323-0
 ✉ unigloves@unigloves.de
 🌐 unigloves.de

SUBSIDIARY OF THE

UNIGLOVES®
 UG HEALTHCARE GROUP
 ughealthcarecorporation.com

Issue No. 2.0
 26/06/2023