

UNICARE SAFETEC LATEX (GS001*)

Einweg-Untersuchungshandschuhe aus Latex

Latex • Puderfrei • Natur • Unsteril • Chemikalienschutzhandschuh EN 374
Lebensmittelecht • Schutz vor Viren, Pilzen und Bakterien

Spezifikationen:

Material: Latex
Puder: Ungepudert
Inhaltsstoffe: Thiuamfrei
Manschette: Umbördelt
Design: Beidhändig
Oberfläche: Mikrogeraute
Fingerspitzen
Farbe: Natur
Qualitätssicherung:
EN 374 CAT III - Typ B;
EN ISO 21420;
EN 455 Teil 1-4;
DIN EN ISO 13485:2021

Artikelnummer und Größe:

GS0011 | Extra small
GS0012 | Small
GS0013 | Medium
GS0014 | Large
GS0015 | Extra large

Verpackung:

100 Stück pro Box
10 Boxen pro Karton

Klassifikation:



Prüfparameter

Prüfkriterien	Prüfstufe	AQL
Maße	EN 455-2 Medianwert entspricht den Anforderungen	
Physikalische Eigenschaften	EN 455-2 Medianwert entspricht den Anforderungen	
1000-ml-Wasserdichtheitstest	G-1	1,5
Sichtprüfung auf größere Fehler	G-1	2,5
Sichtprüfung auf kleinere Fehler	G-1	4,0

Maße

REF	GS0011	GS0012	GS0013	GS0014	GS0015
Größe	XS = 5-6	S = 6-7	M = 7-8	L = 8-9	XL = 9-10
Breite	75 ± 5 mm	85 ± 5 mm	95 ± 5 mm	106 ± 5 mm	120 ± 10 mm
Länge	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm

Materialstärke

Meßpunkte	Eine Lage (mm)
Manschette (im Abstand von 40mm zum umbördelten Rand)	0,07 ± 0,02
Handfläche (in der Mitte der Handfläche)	0,11 ± 0,02
Fingerspitze (im Abstand von 15mm zur Spitze des Mittelfingers)	0,13 ± 0,03

Physikalische Eigenschaften

Parameter	Vor der Alterung	Nach der Alterung
Reißkraft im Median (N)	min. 6,0	min. 6,0

Chemikalienschutz

Das Produkt entspricht der PSA-Verordnung (EU) 2016/425

Baumusterprüfung (Modul B) & Modul C2

CCQS Certification Services Ltd, Blanchardstown Corporate Park, D15 AKK1, Ireland
(Notified Body 2834)

Prüfchemikalie	EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Permeationslevel	EN ISO 374-4:2019 Degradation %
Natriumhydroxid 40% (K)	6	-2,3
Wasserstoffperoxid 30% (P)	2	-14,1
Formaldehyd 37% (T)	6	-29,8

Hinweis

Die vorstehenden Angaben gelten für die Standardausführung.
Änderungen vorbehalten.



UNIGLOVES UK
Registered in England No: 4010200
VAT registration 791817787

3 Ambley Green,
Gillingham Business Park,
Gillingham, ME8 0NJ, UK
+44 (0)800 049 6602
enquiries@unigloves.co.uk
uk.unigloves.com

UNIGLOVES GERMANY
Arzt- & Klinikbedarf
Handelsgesellschaft mbH

Camp-Spich-Straße 71
D-53842 Troisdorf,
Germany
+49 (0) 2241-9323-0
unigloves@unigloves.de
unigloves.de



Issue No. 4.0
15/08/2025

UNICARE SAFETEC LATEX (GS001*)

Disposable examination gloves made of latex

Latex • Powder free • Nature • Non-sterile • Chemical protective glove
 EN 374 • Suitable for short-term food contact • Protection against viruses, fungi and bacteria

Specifications:

Material: Latex
 Powder: Powder free
 Ingredients: Thiuram free
 Cuff: Beaded cuff
 Design: Ambidextrous
 Surface: Micro-roughened fingertips
 Colour: Nature
 Quality control:
 EN 374 CAT III - Type B;
 EN ISO 21420;
 EN 455 Part 1-4;
 DIN EN ISO 13485:2021

Item number and size:

GS0011 | Extra small
 GS0012 | Small
 GS0013 | Medium
 GS0014 | Large
 GS0015 | Extra large

Packaging:

100 pieces per box
 10 Boxen per carton

Classification:



Test parameter

Test criteria	Level	AQL
Dimensions	EN 455-2	Median value meets the requirements
Physical properties	EN 455-2	Median value meets the requirements
1000-ml-watertightness test	G-1	1.5
Visual inspection for major errors	G-1	2.5
Visual inspection for minor errors	G-1	4.0

Dimensions

REF	GS0011	GS0012	GS0013	GS0014	GS0015
Size	XS = 5-6	S = 6-7	M = 7-8	L = 8-9	XL = 9-10
Width	75 ± 5 mm	85 ± 5 mm	95 ± 5 mm	106 ± 5 mm	120 ± 10 mm
Length	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm

Material thickness

Measuring	One layer (mm)
Cuff (at a distance of 40mm to the beaded edge)	0.07 ± 0.02
Palm (in the middle of the palm)	0.11 ± 0.02
Fingertips (at a distance of 15mm to the tip of the middle finger)	0.13 ± 0.03

Physical properties

Parameter	Before aging	After aging
Median force at break (N)	min. 6.0	min. 6.0

Chemical protection

The product complies with the PPE regulation (EU) 2016/425

Type examination (Module B) & Module C2

CCQS Certification Services Ltd, Blanchardstown Corporate Park, D15 AKK1, Ireland
 (Notified Body 2834)

Test chemical	EN ISO 374-1:2018 + A1: 2018 Permeation level	EN ISO 374-4:2019 Degradation %
Sodium hydroxide 40% (K)	6	-2,3
Hydrogen peroxide 30% (P)	2	-14,1
Formaldehyde 37% (T)	6	-29,8

Hint

The above information applies to the standard version.
 Subject to changes.



UNIGLOVES UK
 Registered in England No: 4010200
 VAT registration 791817787

3 Ambley Green,
 Gillingham Business Park,
 Gillingham, ME8 0NJ, UK
 +44 (0)800 049 6602
 enquiries@unigloves.co.uk
 uk.unigloves.com

UNIGLOVES GERMANY
 Arzt- & Klinikbedarf
 Handelsgesellschaft mbH

Camp-Spich-Straße 71
 D-53842 Troisdorf,
 Germany
 +49 (0) 2241-9323-0
 unigloves@unigloves.de
 unigloves.de

